

СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта национального стандарта
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Эталоны первичные государственные.
Создание, утверждение, содержание и применение
(ГОСТ Р 8.809)

«1.17.206-1.094.23»
(шифр)

№	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1	П.5.6.3	ФГБУ «ВНИИМС» 11.08.2023	Выполнение метрологических и технических требований (п.5.6.1 и 5.6.2) не исключает в полной мере несанкционированный доступ к работе эталонов. Предлагаем: в конце предложения п.5.6.3 добавить текст: «и ограничение несанкционированного доступа к работе эталона»	Принято.
2	П.5.8	ФГБУ «ВНИИМС» 11.08.2023	Из первого абзаца п.5.8 следует, что средства измерений относятся к основным техническим средствам. Зачем тогда из выделять среди других основных технических средств? Предлагаем: в первом абзаце п.5.8 убрать словосочетание: «в том числе средств измерений»	Отклонено. «в том числе средств измерений» указано в соответствии с Положением «об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 734, гл.II, п.4

3	П. 6.3.2	ФГБУ «ВНИИМС» От 22.08.2023 № 206.1-10-474	Опечатка: «По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 6.4.1...» <i>Предложение:</i> «По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 6.3.1...»	Принято.
4	П. 6.8	ФГУП «ВНИИФТРИ»	«Результаты совершенствования эталона, при котором в эталон единицы величины вносят конструктивные изменения или изменяют его состав, что влечет за собой изменение метрологических характеристик эталона единицы величины и государственной поверочной схемы, рассматривают в порядке, установленном настоящим стандартом», тогда как в стандарте отсутствует раздел «Совершенствование эталона» <i>Предложение:</i> Создать раздел «Совершенствование эталона» или дать ссылки на соответствующие пункты настоящего стандарта.	Принято. Дана ссылка на раздел 6.
5			Не определен порядок консервации ГПЭ <i>Предложение:</i> Создать раздел «Порядок консервации ГПЭ» или дать ссылки на документы.	Принято. В П.7.2.1 дана ссылка на МИ 2859-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок консервации эталонов»
6	П.7.3	ФГУП «ВНИИФТРИ»	В Правила содержания и применения государственного первичного эталона единицы величины не включены разделы: - порядок выполнения работ на ГПЭ, например, передача размера единицы; - исследования.	Принято частично. В Правила содержания и применения включен раздел «Применение государственного первичного эталона единицы величины». Формулировка соответствует П. 14 Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 734, и требованиям к

				оформлению правил содержания и применения эталона единицы величины, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11 февраля 2020 г. №456
7	П.7.8	ФГУП «ВНИИФТРИ»	«Результаты передачи единицы величины от государственного первичного эталона единицы величины заносятся в эксплуатационную документацию эталона единицы величины или средства измерений, которым осуществлена передача единицы величины» <i>Предложение:</i> Добавить: «если это предусмотрено в эксплуатационной документации»	Принято частично. П.7.8 в окончательной редакции проекта стандарта исключен
8	П.7.9.1	ФГУП «ВНИИФТРИ»	Отсутствует информация про калибровку и межкалибровочный интервал. <i>Предложение:</i> Поверка/калибровка Периодичность калибровки для СИ неутвержденных типов, входящих в состав ГПЭ, устанавливается в Правилах содержания и применения ГПЭ	Принято частично. П. 7.9.1 в окончательной редакции проекта стандарта исключен
9	П.7.11	ФГУП «ВНИИФТРИ»	Не всегда имеются национальные эталоны иностранных государств, с которыми могут сличаться ГПЭ. <i>Предложение:</i> Добавить: «Государственные первичные эталоны единиц величин подлежат сличению с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц величин иностранных государств (при их наличии), в том числе в рамках ключевых и (или) дополнительных сличений национальных эталонов, проводимых МБМВ, консультативными комитетами МКМВ и региональными метрологическими организациями	Отклонено. Формулировка соответствует части 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
10		ФБУ «Пензенский ЦСМ» 03.07.2023	Замечаний нет	

11		АО «НПЦентр» 11.08.2023	Замечаний нет	
12		ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 17.08.2023	Замечаний нет	
13		ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» 17.08.2023	Замечаний нет	

Руководитель разработки

Ведущий научный сотрудник
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

должность и наименование организации-разработчика



личная подпись

А.П. Себекин

инициалы, фамилия

Разработчик стандарта и (или)
составитель сводки отзывов

Руководитель
метрологического отдела
ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева»

должность



личная подпись

А.Г. Чуновкина

инициалы, фамилия